片仔癀药业涡旋仪、离心机、氮吹仪等仪器采购 询价公告

项目概况:

因我司实验室检测需要,拟购置涡旋仪等一批实验仪器,经审批 决定,本着公开、公平、公正的原则对该项目的采购进行公开询价, 兹欢迎符合条件的相关单位参与本项目的询价报名。

一、采购内容:

序号	名称	数量	单价 (元)	备注
1	涡旋仪	1台		一、要求:转速达到 2800rmp/分以上,工作模式可连续、点触或调速。 二、具体参数要求见附件
2	高速冷冻离 心机	1台		一、要求: 可放置容器规格有 100ml、50ml、15ml、5ml; 转速要求 14000rpm/分以上; 温控范围要求不小于-15~40℃。 二、具体参数要求见附件
3	封闭式氮吹 仪	1台		一、要求:可同时处理多个样品;可 放置容器规格有 1.5ml、5ml、15ml 或 50ml 等。 二、具体参数要求见附件
4	水浴恒温振 荡器/摇床	1台		一、要求: 温度区间至少应包含 80℃, 且温度可调。 二、具体参数要求见附件
5	水分活度仪	1台		一、 要求 :使用于片剂,胶囊剂,糖 浆剂的实验。 二、具体参数要求见附件
6	纯水电导率 仪	1台		一、要求: 温度准确度应达到±0.1℃, 电导率准确度应达到±0.5% 二、具体参数要求见附件

二、参选单位资格要求:

(一)具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,参

加单位在前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,法律、行政法规规定的其他条件。

- (二)经营范围应有"实验分析仪器销售""仪器仪表销售"等。
- (三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 供应商,不得参加同一合同项下的采购活动;
 - (四)不接受联合体参选。

三、响应性文件获取方式:

凡有意报名参与本项目的供应商,请于报名时间内<u>致电</u>漳州片 仔癀药业股份有限公司工程设备中心(设备组)获取询价文件。

四、报名时间、报价截止时间及递交方式:

- (一)报名时间: 2025年7月23日——2025年7月25日, 上午9:00-12:00,下午3:00-17:30。
- (二) 递交截止时间: 2025年7月31日17时。
- (三) 递交邮箱: shebei@zzpzh.com。

五、发布公告的媒介:

本公告在福建省国资采购平台(http://ygcg.fjcqjy.com/)、漳州片仔癀药业股份有限公司官网(https://www.zzpzh.com/)发布。

六、联系方式:

联系人: 黄工 / 杨工;

电 话: 0596-2302058 / 0596-2302765

附件(用户需求 URS)

一、涡旋仪

需求编号	需求内容	必需/期望
URS01	最高转速可达 2500rpm 及以上	必需
URS02	工作模式: 可连续也可点触,速度可调	必需
URS03	震荡方式: 圆周震荡	必需
URS04	轴承:偏心球轴承,角接触轴承或陶瓷轴承	期望
URS05	主体材料为金属,硅质底座脚垫,自重大,防震 效果好,适合高速工作	必需
URS06	使用时噪音小	必需

配置要求:标配。

二、高速冷冻离心机

需求编号	需求内容	必需/期望
URS01	可适配离心管容量 100ml、50ml、15ml	必需
URS02	转速精度±10rpm	必需
URS03	转速参考上限 19000rpm	期望
URS04	控 温 范 围 参 考 -15~40°C; 要 求 转 速 设 置 为 4000rpm 时仍能维持稳定控温-10°C;控温精度± 1°C	必需
URS05	为与新实验室台面适配,尺寸宽度小于 850mm	必需
URS06	使用时噪音限制在 65dB 以下	期望

配置要求: 1、主机, 1台/套;

- 2、12*1.5/2.2ml 角转子, 1套;
- 3、12*5ml 角转子, 1套;
- 4、6*50ml(尖底)角转子,1套;
- 5、6*100ml 角转子, 1套;
- 6、8*15ml(尖底)角转子,1套。

三、封闭式氮吹仪

需求编号	需求内容	必需/期望
URS01	可同时处理多个样品,例如12个以上5ml或15ml	必需
UKSUI	样品管	
	可放置容器规格有 1.5ml、5ml、15ml、50ml 等	必需
URS02	(1.5ml 或 2ml 均可, 5ml 如果没有也可以用	
	15ml)	
URS03	温度精度±0.5℃	必需
URS04	控温范围: 室温~99℃	必需
URS05	可视窗设计,可远距离观察浓缩状态	必需
URS06	密闭浓缩	必需

URS07	具有蜂鸣报警、开盖自动停气、停止加热功能	期望
URS08	底部有排水阀,方便放液	期望
配置要求: 标配		

四、水浴恒温振荡器/摇床

LIDGO1	名 4 可控制	
	参考可控温范围:室温—99℃,控温下限不要	必需
URS01	求,但至少应包含 80℃,控温精度不大于±0.5℃	
URS02	高速振荡时无浪花飞溅且不会发生移位, 可实	必需
UKS02	现无人值守	
URS03	具备最高温度上限报警或保护功能、最低液位	必需
UKSUS	报警保护功能、样品敏感温度极限报警功能	
URS04	振荡频率可调,范围参考 0-200rpm; 振荡方式:	必需
UN304	往复振荡和旋转振荡双功能	
URS05	定时范围 1 小时以上,或常开	必需
URS06	底部有排水阀,方便放液	期望
URS07	适配有万能弹簧固定架,可根据需要自行调整	必需
UKSU/	固定位大小	
URS08	振荡幅度 20mm 以上	必需
 配置要求: 标配		

五、水分活度仪

需求编号	需求内容	必需/期望
URS01	符合 JJG 052-2017《水分活度仪检定规程》	必需
URS02	测量范围:0.050-1.000 aw	必需
URS03	准确度:±0.010aw / 25℃	必需
URS04	可重复性:0.008aw	必需
URS05	分辨率:0.0001 aw	必需
URS06	测量时间:最快 4 分钟	必需
URS07	传感器类型:水活度: 高精度湿度测量传感器	
UKS07	温度: 高精度温度传感器	少而
URS08	用户校准: 单点/多点	必需
URS09	用户权限:管理员权限/操作员权限	必需
URS10	样品名称:可编辑输入样品名称(汉字或字母)	必需
URS11	控温范围: 5-60 (温度控温: 可根据需求控温	必需
UKSII	15°、25°、30°、35°)	少而
URS12	温度平衡时间: 30~60 秒	必需
URS13	样品温度控制:可升降温	必需
URS14	温度准确度: ±0.2℃	必需
URS15	温度分辨率: 0.01℃	必需
URS16	测试模式: 4 种	必需

URS17	显示: 7 寸液晶触摸屏控制	必需
URS18	数据存储: 9990 组内部存储	必需
URS19	测试界面参数显示: 9 种以上	必需
URS20	可数据接口: RS232 打印(内置打印机可选)	期望
URS21	校准液: 氯化钠(Sodium Chloride):0.753aw 氯化镁(Magnesium chloride):0.328aw	必需
URS22	数据安全: 密码管理	必需
URS23	样品杯: 20ml (推荐 10ml), φ55×8mm, PP 材质	必需
URS24	操作环境: 温度: 5-50℃; 相对湿度: 0-90%(非冷凝)	必需
URS25	尺寸: 380×205×225mm	必需
URS26	重量: 3.8kg	必需
URS27	认证: ISO9001; ISO14000、国标	必需
URS28	动态曲线: 屏幕自带曲线	必需
URS29	参数: 多个参数同时显示	必需

配置要求: 1、主机, 1台/套;

- 2、主机电源线 1根;
- 3、上层分析软件:具有标点数据查看功能,1套;
- 4、测试工具一套,1个;

六、纯水电导率仪

需求编号	需求内容	必需/期望
而水狮与		少而/郑至
URS01	测定原理符合 2025 年版《中国药典》GB15171	
	等相关规定	
URS02	测量参数: 电导率, TDS, 电阻率, 盐度, 温度	必需
	测量范围: 电导率: 0.000 μS/cm···2,000 mS/cm,	
**************************************	TDS: 0.00 mg/L···1,000 g/L, 盐度: 0.00···80.00	N F
URS03	psu, 电阻率: 0.00···100.0 M Ω *cm, 温度: -30.0~	必需
	130.0°C	
URS04	分辨率: 自动量程, 最高分辨率 0.001, 0.1 ° C	必需
URS05	精度: 测量值的 0.5%, 0.1 ° C (0-100℃)	必需
URS06	自动/手动温度补偿	必需
LID COZ	任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等	N E
URS07	10 种操作语言的操作界面	必需
URS08	自动校正、自动识别校准液,自动终点锁定,自动	N E
	温度补偿,可2点校准	必需
URS09	内置 13 个标准液,可自定义标准液 10 组	必需
URS10	终点模式: 自动, 手动, 时间间隔, 三种终点模	. A. 雪
	式可供选择,可连续测量	必需
URS11	手套模式,可在乳胶手套,甚至棉手套下正常使	必需
	用触摸屏操作	必需
URS12	仪表时间与电脑时间自动同步	必需

URS13	验证流程,确保用户规范使用测量系统,并能保证系统准确度符合要求	必需
URS14	仪器完全符合 GLP 要求,可以实时存储 2000 组数据,数据导出可使用 U 盘或软件	必需
URS15	7 英寸彩色触摸屏	必需
URS16	全屏键盘,数据输入更轻松	必需
URS17	用户指导和集成式帮助系统	必需
URS18	状态指示灯显示仪表读数状态	必需
URS19	两级用户权限管理	必需
URS20	测量设置保存/导入为方法,彩色限值提醒,验证结果清晰提示	必需
URS21	IP54 防尘防水,可更换保护罩,防腐密封接口保护盒	必需
URS22	电极支架精确定位,垂直移动,多向电极专用位置,升级线缆收纳,紧凑的工作空间,袋装溶液支架	必需

配置要求: 1、主机,1台/套;

- 2、适配打印机,1台;
- 3、超纯水电导电极,1个;
- 4、电极支架,1个;
- 5、袋装标准液, 1袋;
- 6、测量纯水专用流通池,1个;
- 7、保护罩 1个